

TÜBİTAK
BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
tarafından akredite edilmiştir

AB-0494-T

010022

13.07.2015

Sayfa 1/2

DENEY RAPORU

Müşterinin Adı/Adresi : RAINWATER-MABA LTD.ŞTİ.
Mudanya Yolu 7. Km. Çınar İş Merkezi No: 2-A

T. / F. : OSMANGAZI/BURSA
224 444 0 420 /
09.07.2015 /

İlgili Tarih/Sayı :

Numune Tanımı : İçme Suyu Numunesi

Numune Kabul Tarihi : 10.7.2015 **Numune Geliş Şekli:** Mühürsüz elden

Rapor Sayfa Sayısı : 2 **Nüsha Sayısı:** 1

" Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz. "

Deney sonuçları, metotları ve diğer bilgiler, bu raporun tamamlayıcı kısmı olan, takip eden sayfalarda verilmiştir. Bu rapor ve sonuçları, talepte bulunan müşteri tarafından reklam amacı ile kullanılamaz. Bu rapor bir bütün halinde verildiğinden, rapordan bölümler halinde alıntı yapılamaz. TÜBİTAK-BUTAL'ın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. Deney sonuçları deneyi yapılan numuneye aittir. Raporda (A) işaretli deneyler TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akreditedir. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

TÜRKAK deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.



Tarih

13.07.2015

Laboratuvarlar Sorumlusu

Mustafa Hamdi TÜRKMEN
Baş Uzman


MÜDÜR

Sedat AKTAŞ

Aranan Parametreler	Birim	Deney Metodu	Deney Sonucu Ortalama $\pm$ U (k=2)
Amonyum (NH ₄)	mg/L	(A) S.M.4500-NH ₃ F. Fenat Metodu	< 0,023
Florür (F ⁻)	mg/L	(A) S.M.4500-F ⁻ D. SPADNS Metot	< 0,03
İletkenlik (EC)	μ S/cm	(A) S.M.2510 B. Laboratuvar Metodu	88,30 $\pm$ 0,04
Klorür (Cl ⁻)	mg/L	(A) S.M.4500-Cl ⁻ C. Civa-2 Nitrat Metodu	< 0,95
Nitrat (NO ₃)	mg/L	(A) TS 6231	3,1 $\pm$ 0,2
Nitrit (NO ₂)	mg/L	(A) S.M.4500-NO ₂ ⁻ B. Kolorimetrik Metot	< 0,05
pH		(A) S.M.4500 H ⁺ B. Elektrometrik Metot	8,07 $\pm$ 0,03
Sülfat (SO ₄ ⁻²)	mg/L	(A) S.M.4500-SO ₄ ⁻² E. Türbidimetrik Metot	< 10
Alüminyum	mg/L	(A) TS EN ISO 17294-2	< 0,05
Demir	mg/L	(A) TS EN ISO 11885	< 0,05
Sodyum	mg/L	(A) S.M.3111 B. AAS - Alevli	3,7 $\pm$ 0,3
Kalsiyum	mg/L	(A) TS EN ISO 11885	5,3 $\pm$ 0,2
Magnezyum	mg/L	(A) TS EN ISO 11885	1,7 $\pm$ 0,1

* Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz. *

Deneyi Yapan/Yapanlar

Reşginur KARACA Teknisyen 

Deney Sorumlusu/Sorumluları

Şeyda F. SARAÇOĞLU Araştırmacı 

Birim Sorumlusu

Ali C. ÇETİNKAYA 

Şeyda F. SARAÇOĞLU Araştırmacı 